

الموضوع : سحب تشغيلات من مستحضر (BCG-medac) من إنتاج شركة (Medac GmbH)
رقم : 12017 /ع
تاريخ : 1440/02/16هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إشارة إلى ما ورد إلينا من قبل مؤسسات سقالة بخصوص تقرير شركة
(CovaTec Limited) والمتضمن الإفادة بوجود خلل في جودة أنبوب القسطرة المرفق

ضمن عبوة المستحضر التالي:

الشركة الصانعة	تاريخ الإنتهاء	رقم التشغيلة	رقم التسجيل	الاسم التجاري
Medac GmbH - Germany	14-11-18	G170567F	غير مسجل	BCG-medac
	25-12-18	H170724J		
	22-01-19	I170753M		
	3/3/2019	L170849K		
	17-03-19	L170870K		
	1/4/2019	M170875C		

حيث تمثل الخلل في احتمالية تعرض الحاجز المعقم ضمن أنبوب القسطرة للتلف
مما قد يزيد من احتمالية حدوث إلتهابات للمريض نتيجة الاستخدام.

لذا نأمل من معاليكم/ سعادتك التلطف بالاطلاع والتفضل بتوجيه من يلزم
حيال إيقاف استخدام التشغيلة أعلاه حال وجودها لديكم ، علماً بأنه قد تم إلزام
الشركة بسحب التشغيلة من جميع الجهات المستفيدة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،