

(تعميم)

الموضوع : سحب جميع تشغيلات مستحضر (Med Sept) من إنتاج شركة
(Al Khuraiji Factory)

تاريخ : ٤ / ١٢ / ١٤٤٠هـ

رقم : ٧٠٤٩٦ / ع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إشارة إلى البلاغ الوارد إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء المتضمن وجود خلل في جودة المستحضر التالي :

الشركة الصانعة	رقم التشغيلة	رقم التسجيل	الاسم التجاري
Al Khuraiji Factory , Med One	جميع التشغيلات حتى تاريخه	غير مسجل	Med Sept

حيث تمثل خلل الجودة في تسرب السائل من عبوات المستحضر.

وبعد التحقق من البلاغ ومراجعة سجلات الهيئة تبين بأن المستحضر غير مسجل والذي يعد مخالف لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ٣١/م وتاريخ ١/٦/١٤٢٥هـ و التي نصت المادة التاسعة عشر منه على (يحظر تداول المستحضرات الصيدلانية قبل تسجيلها) ، في حين نصت المادة رقم ١٩-١-١ من اللائحة التنفيذية للنظام على (دون إخلال بما ورد في المادة الثامنة والعشرون من هذا النظام يحظر استيراد أو تداول أو حيازة أي مستحضر صيدلاني أو عشبي بغرض الاتجار قبل تسجيله).

لذا نأمل من معاليكم/ سعادتكم التلطف بالاطلاع والتفضل بتوجيه من يلزم حيال إيقاف استخدام المستحضر أعلاه حال توفره لديكم ، علماً بأنه قد تم إلزام الشركة بسحب جميع التشغيلات من جميع الجهات المستفيدة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،