

Kingdom of Saudi Arabia Saudi Food & Drug Authority



المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للغذاء والدواء

Medical Devices Sector
Surveillance Biometrics Executive Department

قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية
الإدارة التنفيذية للرقابة والقياسات الحيوية

FSCA Weekly Update

09-Feb-20

Attached below is the weekly report of Field Safety Corrective Actions (FSCAs) for the period:

مرفق فيما يلي التقرير الأسبوعي للإجراءات التصحيحية للسلامة الميدانية للفترة:

From 02-Feb-20 من
To 08-Feb-20 إلى

which affect Saudi Arabia and being followed up with the authorised representatives to accomplish the required action.

و المتأثرة بها المملكة والتي جاري متابعتها مع الممثلين المعتمدين لإتمام تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

* Role of contact officer:

* مسؤولية ضابط الاتصال:

*** Kindly respond to the weekly report in both cases either you are affected or not affected.**

*** نأمل الرد على التقرير الأسبوعي في حالتي التأثر أو عدم التأثر.**

- Disseminate and share the information with other Departments within healthcare facility and Ensuring that the healthcare facility is free of any affected device/product.
- Communicate with the Authorised Representative of the manufacturer if there is any device/product affected by a FSCA

- التعميم على الإدارات / الأقسام المختلفة داخل المنشأة الصحية والتأكد من خلوها من أي جهاز/مستلزم طبي متأثر بأي من الإجراءات التصحيحية للسلامة الميدانية.
- التواصل مع الممثل المعتمد للمصنع في حالة وجود جهاز/مستلزم طبي متأثر بأي من الإجراءات التصحيحية للسلامة الميدانية

Hospital name:

اسم المستشفى:

Date:

التاريخ:

Hospital affected by any device/product in this report:

يوجد أجهزة/منتجات متأثرة بالمستشفى ضمن القائمة:

Yes

نعم

No

لا

- The yellow highlights indicates that medical devices subject to removal action.
- To identify the affected serial numbers/lots, please open the link.

- الإجراءات المظللة بالأصفر تشير إلى إجراء سحب الجهاز الطبي.
- لمعرفة الطراز أو الأرقام التسلسلية المتأثرة بالإجراء التصحيحي، يرجى فتح الرابط.

No. of Field Safety Corrective Actions (FSCA): 5 عدد الإجراءات التصحيحية للسلامة الميدانية:

Medical Device	Manufacturer	Authorized Representative /Distributor	Link	Affected Yes/No
----------------	--------------	--	------	-----------------

Diagnostic and therapeutic radiation devices

Ziehm 8000 ,	Ziehm Imaging GmbH.	Saudi Health Services Co. Ltd	cure/CA/CaViewRe	
--------------	---------------------	-------------------------------	----------------------------------	--

In vitro diagnostic devices

Atellica CH Reaction Cuvette Segment ,	Siemens Healthcare Diagnostics Inc	ABDULREHMAN AL GOSAIBI GTB	https://ncmdr.sfda	
--	------------------------------------	----------------------------	---	--

Elecsys CA 19-9	Roche Diagnostics Corp	MAAMOUN TAMER & CO	cure/CA/CaViewRe	
-----------------	------------------------	--------------------	----------------------------------	--

Single-use devices

AAMI Level 3 Surgical Gowns	Cardinal-Health	DICARE DRUG STORE COMP.	cure/CA/CaViewRe	
-----------------------------	-----------------	-------------------------	----------------------------------	--

Hemospray Endoscopic Hemostat ,	Cook Medical Europe Limited,	ARABIAN MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO.	https://ncmdr.sfda	
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	---	--