

Medical Devices Sector Surveillance and Biometrics Executive Department قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية الإدارة التنفيذية للرقابة والقياسات الحيوية

Safety Alerts Weekly Update

الرقم المرجعي للتقرير: WU2550 ياتقرير: Report Reference:

تاريخ النشر: 07-Dec-25

below is the weekly report of Safety Alerts for the period:

فيما يلي التقرير الأسبوعي لإنذارات السلامة للفترة:

من 30-Nov-25

To 06-Dec-25

which affect Saudi Arabia and being followed up with the authorised representatives to accomplish the required action.

* Kindly respond to the weekly report in both cases either you are affected or not affected though the following link:

والمتأثرة بها المملكة والتي جاري متابعتها مع الممثلين المعتمدين لإتمام تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

التقرير الأسبوعي لإنذارات السلامة

* نأمل الرد على التقرير الأسبوعي في حالتي التأثر أو عدم التأثر وذلك من خلال الرابط أدناه:

https://surveys.sfda.gov.sa/surveys/?s=4MT7LEJ3DFP7H8LJ



- * Role of contact officer:
- Disseminate and share the information with other departments within the healthcare facility and ensure that the healthcare facility is free of any affected device/product.
- Communicate with the Authorised Representative of the manufacturer if there is any device/product affected by a Safety Alert
- To identify the affected serial numbers/lots, please open the Safety link.

- * مسؤولية ضابط الاتصال:
- •التعميم على الإدارات / الأقسام المختلفة داخل المنشأة الصحية والتأكد من خلوها من أي جهاز/مستلزم طبي متأثر بأي من إنذارات السلامة.
- التواصل مع الممثل المعتمد للمصنع في حالة وجود جهاز /مستلزم طبي متأثر بأي من إندارات السلامة.
- المعرفة تفاصيل الأجهزة والمستلزمات الطبية المتأثرة، الرجاء فتح رابط إنذار السلامة:

الهيئة العامة للخذاء والدواء Saudi Food & Drug Authority

Medical Devices Sector
Surveillance Biometrics Excutive Department

قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية الإدارة التنفيذية للرقابة والقياسات الحيوية

No. of Safety Alerts: 5 عدد إنذارات السلامة

| Safety Alert No. | NCMDR Ref. | Medical Device | Manufacturer | Authorized Representative /Importer | Link | Medical Device Category |
|---------------------|------------------|--|---------------------------------------|---|---|------------------------------------|
| 1 | SA-27-11-25-1164 | OTESUS OR table column | Getinge Disinfection AB | Gulf Medical Co. | https://ade.sfda.go v.sa/Fsca/PublishD | Electro mechanical medical devices |
| 2 | SA-27-11-25-1163 | Tempus Pro Monitor | Remote Diagnostic Technologies Ltd | Philips Healthcare Saudi Arabia Ltd. | https://ade.sfda.go v.sa/Fsca/PublishD | Electro mechanical medical devices |
| 3 | SA-26-11-25-1162 | DiaClon Anti-P1 | Bio-Rad , | ABDULREHMAN AL GOSAIBI GTB | https://ade.sfda.go v.sa/Fsca/PublishD | In vitro diagnostic devices |
| 4 | SA-03-12-25-1166 | Flexor® Check-Flo® Introducers and Sets Rösch-Uchida Transjugular Liver Access Sets | Cook Incorporated | United Medical Industries Co Ltd | https://ade.sfda.go v.sa/Fsca/PublishD etails/648 | Single-use devices |
| 5 | SA-03-12-25-1165 | UNIMED Procedure Packs | United Medical Industries Co Ltd | United Medical Industries Co Ltd | https://ade.sfda.go v.sa/Fsca/PublishD | Single-use devices |